



手動ポンプで新鮮な混合モルタルの試験装置です。

仕様

試験規格	EN 1015-7、EN 459-2、EN 413-2
容積	1L
寸法	(直径x 高さ) = 265×340mm
重量	6.0 kg
目盛り	%単位での直接読み込み
価格	お問合せ下さい。
製造	テストング社(ドイツ)

OSK オガワ精機株式会社

Email : sales@ogawaseiki.jp

v1.0 180605