

## OSK 50UC241 コンクリート試料硬化槽

セメント試験装置



### ■ 仕様

適合規格	EN 12390-2
用途	供試体キューブの標準保管用
断熱構造	二重壁、ポリスチレン断熱材
寸法	150×150×150mm
内部収納容器材質	ステンレス製
外壁材質	スチール製
カバー材質	アルミニウム製
加熱制御	電子制御、管状発熱体
表示	デジタル表示
冷却装置	なし
排水弁	3/4"
内寸法	1000×500×415mm (W / D / H)
外寸法	1150×630×520mm (W / D / H)
電源	230V AC, 50Hz, 1.5kW
重量 :	約60kg

**OSK** オガワ精機株式会社

Email : [sales@ogawaseiki.jp](mailto:sales@ogawaseiki.jp)

v1.002 180606