

OSK 40DP-62L0061B

セメント保水性試験器

・セメントの保水性を測定

準拠規格

ASTM C91, C110, C207, C1506

セメント及び石灰の保水性を測定するため
に使用します。

付属品

吸引ポンプ、真空調節弁、真空計
三方ストップコック、金属製多孔皿
ガラス製漏斗、ゴム製ガスケット
フィルター・フラスコ、木製スタンド
孔開きシリコンゴム栓

重量：約8 kg



OSK 40DP-62L0061C セメント保水性試験機 ハイグレードタイプ

上記付属品のうち

ポンプ→電動真空ポンプ(最大真空度 0.1mbar)-写真左下
真空調節弁、真空計→デジタル表示電動真空調節機-同右下
にグレードアップしております。



OSK オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社 高田馬場支店
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257, FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jpn.org