

ケミカルインジケータ・ラベル
ガンマ線滅菌プロセスのモニタリング用(CD77)

使用方法

ガンマ線滅菌工程の管理

条件： ≥10 kGy

適用規制： ISO 11140-1:2014

製品分類： リスクに応じてClass 1

認可： 品質マネジメントシステム ISO 13485:2003/NS-EN, ISO 13485:2012
ANMAT（アルゼンチン国家管理局 医薬品・食品・医療技術）PM1614-4



<特長>

- Type 1 化学物質インジケータ
- インジケータ インクで印刷された粘着ラベル(ドット)
- サイズ：15mm 径
- 初期色：黄 最終色：赤/オレンジ
- 100%有毒重金属フリー



製造時環境条件：15～30℃（室温）、RH 30～80%

保管条件：T = 10-30℃、RH 30-80%、直射日光を避け保管

輸送条件：保管条件は厳守すること。破損を避ける為、密閉した強化箱に入れて輸送すること。
この製品の交通機関での移送は健康被害は無い。

貯蔵寿命：5年間

<注意事項>

殺菌剤の近くに保管しないでください。本製品をスチーム、ドライヒート、またはガンマ線以外の滅菌処理にさらさないでください。さらさないでください。インジケータが製品に表示されている色に変わるまでは、滅菌器を再使用しないでください。

* 最小販売数量が設定される場合がございます。

TERRAGENE®

[製造元]

Terragene S.R.L, Argentina

OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

TEL：03-6908-5257 / FAX：03-6908-5258

Email：sales@ogawaseiki.jp