

OSK 40DP-

セメントの物理的・化学的特性試験機

セメントの粉体粒度

規格 EN 196-6 | ASTM C204 | AASHTO T153

この試験方法はブレン空気透過性装置を用いてポルトランドセメント、石灰及び類似の粉末粒度を測定します。

粒度の測定は比表面積(cm^2/g または m^2/kg)で表示されます。

弊社では3機種ご用意いたしております。

-62-L0041/E 自動型

-62-L0041/A EN準拠の手動型

-62-L0041/C ASTM準拠の手動型



62-L0041/A, 62-L0041/C

手動ブレン粒度計

(空気透過性)

この型は鋼製スタンドに取り付けられたU字管ガラスマンメーター装着の多孔円盤及びプランジャー及びステンレス製のセルで構成されています。装置はゴム吸引器、フィルターペーパーのバック付きで供給されます。

62-L0041/A(EN)と62-L0041/C (ASTM/AASHTO)の2機種の違いは各規格の要件によって決まるセルとプランジャーの寸法のみです。

全体寸法: 220x170x470 mm

重量: 8 kg

自動ブレン粒度計

(空気透過性)

この先進的な装置はEN 196-6の要件も、またASTM C204による自動方法に要求されるものの両方を満たします。

この装置を用いて得られた結果の正確さと精度は手動の方法を用いて得られたものを上回ります。

装置の較正は、例えば基準材質 NIST 114qなどのようなセメント表面参照基準を用いて行なわなければなりません。最も精密な結果を得るためには温度調整された環境でテストを行なわなければなりません。



62-L0041/E

発注情報

62-L0041/E

自動ブレン粒度計(空気透過式)

62-L0041/A

手動ブレン粒度計(空気透過式)

EN 196-6準拠

62-L0041/C

手動ブレン粒度計(空気透過式)

ASTM及びAASHTO T153準拠

オプション付属品(手動型用)

62-L0041/2

マンメータ液 250 mL瓶

62-L0041/6

基準セメント, EN/ASTM 5 g パック

63-L0028/7

ガラス温度計 -10~+50°C

予備品

62-L0041/A1

62-L0041/A及び62-L0041/C用

U字管マンメーター

62-L0041/32

フィルターペーパー、100枚入り箱

CONTROLSGROUP

OSK オガワ精機株式会社